



Regierungsratsbeschluss vom 02. September 2014

Übrige, Gesundheitsschutz, LC/MS-System, Ersatz; Aufnahme ins Investitionsprogramm

P141187

1. Für das Vorhaben werden Fr. 500'000 in das Investitionsprogramm aufgenommen.

Das Gesundheitsdepartement reicht einen Bericht zur Ausgabenbewilligung ein, in dem die effektiven Kosten detailliert nachgewiesen werden.

Präsidial-Nr.: P141187										
Invest.bereich	Dep.	DST	Name des Vorhabens			Finanzrechtl. Status				
Übrige	GD	Gesundheits-schutz	LC/MS-System, Ersatz			Gebunden				
					Jahresraten in Mio. Franken		Ausg. in Fr.			
					2015	2016	2017	2018	2019ff	
Ausgaben Brutto					0.500					500'000

Begründung

Ein Flüssigchromatograph mit Massenspektrometrie-Koppelung (hochselektiver und hochempfindlicher Detektor; kurz: LC/MS-System) dient dem Nachweis von Substanzen im Lebensmittelbereich und ist eine unverzichtbare Einrichtung im Bereich der Lebensmittelkontrolle. Das im Kantonalen Labor eingesetzte Gerät muss ersetzt werden, da es einerseits bereits sehr alt ist und die zunehmenden Erwartungen der Gesetzgebung nicht mehr erfüllen kann.

